




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 29.04.2021 r.

DZP – 1 LA/2021

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 46 c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (...).

**DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rozmiary L i XL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów w rozmiarach L (długość 127 cm, szerokość 130 cm) i XL (długość 142 cm, szerokość 150 cm), podfoliowany przód i całe rękawy, oddychający tył, dzięki czemu użytkowanie jest bardziej komfortowe dla użytkownika?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 5, 6

Proszę o informację czy przetarg dotyczy półmasek filtrujących FFP2 i FFP3 bez zaworu czy z zaworem?

Odp.: Bez zaworu.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², długi rękaw zakończony elastyczną gumką. W tali i przy szyi wiązany na troki. Rozmiar uniwersalny 120 x 140cm.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m² – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019

Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2
 - lamowany pod szyją,
 - zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
 - wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
 - w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym.
- Oferowane rozmiary: L, XL.
- oznakowanie znakiem CE
 - pakowany po 10 szt.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha izolacyjnego wykonanego z niebieskiego laminatu gramaturze 40g/m² (włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia polietylenowa 15g/m²). Długi rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. W tali i przy szyi wiązany na troki. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Rozmiar uniwersalny 120x140cm.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha:

Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², z miękkim poliestrowym mankietem (min. 7 cm). Rzep przy szyi umożliwiający regulację (M-3,5 x 2,5cm i 3,5 x 10 cm; L-XXL – 3,5 x 2,5cm i 3,5 x 12,5 cm). Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki. Troki – zgrzew ultradźwiękowy, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe do osuszania rąk. Zestaw owinięty w papier krepowy. Rozmiar M- dł. 125 cm, L - 135 cm, XL - 145 cm, XXL- 155 cm.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu?

Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przyklepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwiu.

Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m²

Rozmiar XL (180cm), XXL (185cm)

Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE

Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy wydajności		
EN 14605	Typ 4	Działanie ochronne przed rozpyleniem
EN ISO 13982-1	Typ 5	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu
EN 13034	Typ 6	Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN 1073-2:2002.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie: Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m² – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Cechy produktu:

- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca
- dodatkowe wiązania powyżej kostki
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm
- kolor biały
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.

Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. Produkt posiada deklarację zgodności zgodnie z wymaganiami zasadniczymi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 10 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi gumka?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 11 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 20g?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 12 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha ze wzmocnieniem na rękawach i w części przedniej 19g+13g?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 13 – dot. pakietu 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha smms?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 14 – dot. pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha barierowego ze wzmocnieniem na całości?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 15 – dot. pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha tylko w rozmiarze XL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 16 – dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha bez ręczników, kartonika rzepu przy szyi?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17 – dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem,

unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-5:2008

Odp.: Zgodnie z opisem.

Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt?

Odp.: Zgodnie z opisem.

Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu clip lub beret?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 20 – dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch rękaw zakończony mankietem o dł min. 5 cm, wiązany na troki, włóknina polipropylenowa o gram min.25g/m², niesterylny bezpyłowy, dostępny tylko w rozmiarze L,XL?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 21 – dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy podfoliowany - rękaw zakończony mankietem o długości min. 5 cm, wiązany na troki, włóknina PPE, niesterylny, bezpyłowy, dostępny tylko rozmiar XL?

Odp.: Tak.


Pytanie nr 22 – dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny min. 7 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane

ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe/włókninowe do osuszania rąk. Rozmiar M- 117 cm; L- 119 cm ; XL-129 cm XXL-149 cm (tolerancja rozmiaru +/-3)?

Odp.: Tak.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
lek. Janusz Milejski